

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne  
/wszyscy/**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej pzp na ROBOTY BUDOWLANE pn. „Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą – 1 szt.**

Pytanie nr 1:

poz. 17 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp w której każda z nich posiada 51 wysokowydajnych diod LED. Ilość diod nie może świadczyć o jakości wytwarzanego przez lampę światła, ponieważ różni producenci stosują różne diody.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza lamp, w której każda z nich posiada 51 wysokowydajnych diod LED.

Pytanie nr 2:

poz. 21 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czaszy głównej przygotowanej do instalacji kamery video.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga dostarczenia lampy wraz z kamerą.

Pytanie nr 3:

poz. 21 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie instalacji kamery przewodowej dzięki czemu nie będzie żadnych zakłóceń sygnału wideo.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza instalację kamery przewodowej.

Pytanie nr 4:

poz. 26 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kamery w miejscu centralnego uchwytu dzięki czemu możemy ją szybko zamontować lub zdemontować w zależności od potrzeb operatora oraz z łatwością ustawić przy pomocy sterylnej nakładki.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści lampę, w której diody nie są wymieniane pojedynczo?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza lampy, w której diody nie są wymieniane pojedynczo.

### **Kolumna anestezyjologiczna – 2 szt.**

#### Pytanie nr 6:

poz. 10 Ze względu na opisane rozwiązanie, które jest charakterystyczne dla jednego producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mocowania wyposażenia kolumny z 2 stron głowicy. Mocowanie wyposażenia kolumny na każdej z 4 stron głowicy nie ma odzwierciedlenia w pracy na bloku operacyjnym.

#### Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza mocowania wyposażenia kolumny z 2 stron głowicy.

#### Pytanie nr 7:

poz. 11 i 12 Ze względu na opisane rozwiązanie, które jest charakterystyczne dla jednego producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie organizatorów kabli i rur gazów medycznych montowanych na całej długości kolumny.

#### Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Zamawiający dopuszcza montowanie organizatorów kabli i rur gazów medycznych na całej długości kolumny.

#### Pytanie nr 8:

poz. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie punktów poboru gazów renomowanej marki niemieckiego producenta gniazd gazowych firmy Greggersen.

#### Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8:

Zamawiający dopuszcza gniazda polskich producentów.

#### Pytanie nr 9:

poz. 17 Ze względu na opisane rozwiązanie, które jest charakterystyczne dla jednego producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mocowania wyposażenia kolumny z 2 stron głowicy. Mocowanie wyposażenia kolumny na każdej z 4 stron głowicy nie ma odzwierciedlenia w pracy na bloku operacyjnym.

#### Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9:

Zamawiający dopuszcza mocowanie wyposażenia kolumny z 2 stron głowicy.

#### Pytanie nr 10:

poz. 18 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półki o wymiarach powierzchni roboczej:

- szerokość 430 cm

- głębokość 480 cm

#### Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10:

Zamawiający nie dopuszcza półki o wskazanych w pytaniu wymiarach.

#### Pytanie nr 11:

poz. 22 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szuflady szczelnie zamykanej z opływowym uchwytem.

#### Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 11:

Zamawiający dopuszcza szufladę szczelnie zamykaną z opływowym uchwytem.

#### Pytanie nr 12:

poz. 23 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zwolnienia blokady za pomocą przycisków membranowych umieszczonych na pionowych uchwytach. Dotykowe zwalnianie blokady może być problematyczne w obsłudze w rękawiczkach.

#### Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 12:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

#### Pytanie nr 13:

poz. 24 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie panelu w technologii przycisków membranowych do zwalniania hamulców.

#### Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 13:

Zamawiający dopuszcza panel w technologii przycisków membranowych do zwalniania hamulców.

#### Pytanie nr 14:

poz. 25 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysięgnika do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramiennego, obrotowego, o zasięgu 600 mm i udźwigu 20 kg.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 14:  
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Kolumna chirurgiczna – 2 szt.**

Pytanie nr 15:

poz. 8 Ze względu na opisane rozwiązanie, które jest charakterystyczne dla jednego producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mocowania wyposażenia kolumny z 2 stron głowicy. Mocowanie wyposażenia kolumny na każdej z 4 stron głowicy nie ma odzwierciedlenia w pracy na bloku operacyjnym.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 15:

Zamawiający dopuszcza mocowanie wyposażenia kolumny z 2 stron głowicy.

Pytanie nr 16:

poz. 8 Ze względu na opisane rozwiązanie, które jest charakterystyczne dla jednego producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnic wewnętrznych które są łatwe w utrzymaniu czystości.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 16:

Zamawiający dopuszcza przewodnice wewnętrzne.

Pytanie nr 17:

poz. 9 i 10 Ze względu na opisane rozwiązanie, które jest charakterystyczne dla jednego producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie organizerów kabli i rur gazów medycznych montowanych na całej długości kolumny.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 17:

Zamawiający dopuszcza montowanie organizerów kabli i rur gazów medycznych na całej długości kolumny.

Pytanie nr 18:

poz. 11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie punktów poboru gazów renomowanej marki niemieckiego producenta gniazd gazowych firmy Greggensen.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 18:

Zamawiający dopuszcza gniazda polskich producentów.

Pytanie nr 19:

poz. 20 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zwolnienia blokady za pomocą przycisków membranowych umieszczonych na pionowych uchwytach. Dotykowe zwalnianie blokady może być problematyczne w obsłudze w rękawiczkach.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 19:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 20:

poz. 22 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uchwytów montowanych do ścianki głowicy w najbardziej ergonomicznym miejscu. Aktualnie opisane rozwiązanie wymaga mocowania uchwytu do przewodnic co koliduje z innymi akcesoriami.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 20:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 21:

poz. 24 Ze względu na opisane rozwiązanie, które jest charakterystyczne dla jednego producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie organizerów kabli i rur gazów medycznych montowanych na całej długości kolumny.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 21:

Zamawiający dopuszcza montowanie organizerów kabli i rur gazów medycznych na całej długości kolumny.

Pytanie nr 22:

poz. 30 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szuflady szczelnie zamykanej z opływowym uchwytem.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 22:

Zamawiający dopuszcza szufladę szczelnie zamykaną z opływowym uchwytem.

Pytanie nr 23:

poz. 31 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poziomej szyny montażowej o długości min 40 cm i udźwigu 10 kg z możliwością montażu na wszystkich 2 ściankach głowicy na dowolnej wysokości.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 23:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 24:

poz. 32 Ze względu na opisane rozwiązanie, które jest charakterystyczne dla jednego producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie organizerów kabli i rur gazów medycznych montowanych na całej długości kolumny.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 24:

Zamawiający dopuszcza montowanie organizerów kabli i rur gazów medycznych na całej długości kolumny.

Uzupełnienie do Pytania nr 31, 33 (dot. Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.04.2022 r.):

Czy szpital posiada źródła wszystkich projektowanych gazów medycznych (tj. tlen, sprężone powietrze, próżnia, dwutlenek węgla, podtlenek azotu)?

Z projektu wynika, że jedna skrzynka ma obsługiwać wszystkie kolumny i tablice znajdujące się na remontowanym bloku operacyjnym. Kolumny i tablice znajdujące się na salach operacyjnych powinny być obsługiwane przez oddzielne skrzynki zaworowo-kontrolne (SZK) w razie awarii. Proszę o umożliwienie zmiany projektu tak, aby skrzynka SZK nr 1 obsługiwała kolumny z sali operacyjnej 1 i 2, skrzynka SZK nr 2 obsługiwała tablice z sali operacyjnej 1 i 2 oraz skrzynka SZK nr 3 obsługiwała sale nadzoru oraz sale przygotowań pacjenta. W sumie trzy skrzynki zaworowo-kontrolne.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 31, 33 (dot. Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.04.2022 r.):

W załączeniu poprawiony rzut instalacji gazów medycznych.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Krzysztof Ambroziak

Starosta Grójecki